



! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors!

**Ab sofort können Argatroban-Spiegel (direkter Thrombin-Inhibitor)
im Lauris angefordert werden.**

Indikation:

- Alternativpräparat zum Einsatz bei HIT-II

Monitoring:

- erfolgt über die aPTT (1,5-3,0-fach zum Ausgangswert, nicht >100 Sekunden)

Indikation der direkten Spiegelbestimmung:

- bei Patienten mit bereits initial verlängerter aPTT
- Hochdosis-Therapie-Schemata

Abnahmezeitpunkt:

- Im Steady-State, ca. 4 Stunden nach Therapiebeginn/Dosisänderung

Der Test ist als „Research Use Only“ kategorisiert.

Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.

17.07.2025